

★★ MRI 検査を受けられる方へ ★★

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像診断装置)

検査は、強力な磁気之力と電磁波を利用して身体の断面や血管を撮影する検査です。当院では最新鋭のシーメンス社製、1.5T(テスラ)のMRI装置を導入しています。



※ MRI 検査の注意事項 ※

次にあげるような、体内にある異物(手術あるいは事故などで体内に入った金属等)の種類によっては、検査を受ける事ができない場合があります。必ず申告していただくよう、お願い申し上げます。

また、手術などで体内に異物がある場合、その材質が不明な場合は検査が行えない場合もあります。事前に手術を受けた病院にMRI検査が可能であるかご確認頂けると、検査がスムーズに行え、より安心して検査を受けていただけますので、不安な場合は手術を受けられた病院にお確かめください。

- 1. 心臓ペースメーカーを埋め込んでいる方
- 2. 人工内耳、人工中耳の方
- 3. チタン製以外の脳動脈瘤クリップが入っている方
- 4. 電気で神経を刺激する装置をいれられている方
- 5. 磁石を利用したシャントチューブが入っている方
- 6. 磁石を利用した義歯を入れられている方(磁石を利用したインプラント)
- 7. 金属の義眼底の方
- 8. 血管へのステント挿入手術を 6ヶ月 以内に受けられた方
- 9. 眼に微細な金属片が入っている(または入っていると疑わしい方)
- 10. 大腸ファイバーなどで止血クリップをされている方
- 11. 金の糸リフトアップの施術を受けた方
- 12. 古い人工心臓弁の手術を受けられている方

その他体内に異物があればお申し出下さい。

● お化粧品やコンタクトレンズ、刺青につきまして

化粧品には、磁性体が含まれているもの（マスカラ・アイライン・アイブローウ・アイシャドウ 等）があり、検査画像に影響があるだけでなくやけどする場合がありますので、付けずに来院頂くようお願い申し上げます。

頭部、特に眼の周辺の検査の場合に、お化粧品を落としていただくことがあります。



また、コンタクトレンズには、色がついているものもあり、その色に鉄成分が含まれる場合がありますので、眼鏡で来院いただくか、コンタクトレンズを外せるご用意をして来院いただきますようお願い申し上げます。




軀幹全体に入墨のある方、タトゥーのある方、アートメイクをされている方は、その色に鉄成分が含まれる場合があります、変色したりやけどを起こす可能性があります。必ず事前にお申し出ください。

● 服装について

磁石と電磁波を利用しますので、服装についての金属が画像をみだしたり熱を持つ可能性があります。できればボタンやファスナー、チャックのついた服装でなく、軽装で来院いただくと検査がスムーズに行えます。女性の方はホックのついたブラジャーやボタンのついたボディースーツ等はお控えください。

またこちらの判断で検査着にお着替えいただくこともありますので、ご了承ください。



- 検査中の注意事項

検査は 15 分～30 分くらいです。場合によって検査時間は延びることもあります。
検査中は工事現場のような、ひじょうに大きな音がします。ヘッドフォンをご着用頂きます。
ひじょうに動きに弱い検査です。検査中はできるだけ体を動かさないで下さい。
検査中、異常を感じましたらブザーでお知らせください。

- 検査室にはなにも持ってはいる事はできません。

補聴器、入れ歯、ヘアピン、ピップエレキバン、心臓の貼り薬(ニトロダーム)、使い捨てカイロ、時計、指輪、ネックレス等の貴金属、カード、携帯電話などは持って入ることができません。
ロッカーをご用意しておりますのですべて外してください。事故の原因になりますので十分に注意してください。

